

新規受託項目のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記検査項目におきまして検査受託を開始することとなりましたのでご案内いたします。

今後とも引き続きお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記


〈実施日〉

2013年5月13日(月) より受託開始

〈検査受託開始項目〉

項目コード	項目名称	検体量	保存方法	検査方法	基準値	所要日数	容器
0459	高感度HCV抗原 (コア蛋白質)	血清0.6 (ml)	冷蔵	BLEIA法	1.0未満 (fmol/l)	2~3	S1

▼新規受託項目(BLEIA法)と従来法(CLEIA法)の比較



▼BLEIA法について

BLEIA法 (Bioluminescent enzyme immunoassay) とは、生物発光酵素免疫測定法のことであり、生物発光の一種であるルシフェラーゼ発光を用いた検査方法です。

生物発光は、量子収率が高く、高感度化に有用であり、広いダイナミックレンジが特徴です。



(株)ジャパンメディカル
山梨県中央市乙黒354-11
Tel 055(220)4155代表