

## 検査受託再開のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
このたび、血清HER2タンパクにおいて、シーメンスヘルスケア・  
ダイアグノスティクス株式会社の測定試薬の品質に問題があり、  
一時受託中止とさせていただいておりましたが、製造工程  
を変更した新ロットにおける品質面の検証の結果、精度保証  
できることが確認できましたので受託を再開いたします。  
何卒ご了承承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■ 実施日

2020年 9月 25日（金）ご依頼分より

#### ■ 検査項目

| 項目コード | 検査項目       |
|-------|------------|
| 1973  | HER2蛋白[血清] |