

検査受託中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、受託を中止させていただきますので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 最終受託日

2024年7月31日（水）ご依頼分まで

■ 受託中止項目

項目コード	項目名	備考
0707	サイトメガロウイルス pp65抗原 (C10,C11)	代替項目 〔項目コード：0708〕 サイトメガロウイルス pp65抗原 (C7-HRP) 〔項目コード：0720〕 サイトメガロウイルス核酸定量

● サイトメガロウイルス pp65抗原 (C10,C11)

		サイトメガロウイルス pp65抗原 (C10,C11)	
		陽性	陰性
サイトメガロウイルス核酸定量	陽性相当 (定量値あり)	120	5
	陽性相当 (3.5×10^1 未満)	6	13
	陰性相当 (検出せず)	2	62

(n=208)

陽性一致率：98.4% (126/128)
陰性一致率：77.5% (62/80)
全体一致率：90.4% (188/208)

		サイトメガロウイルス pp65抗原 (C10,C11)	
		陽性	陰性
サイトメガロウイルス pp65抗原 (C7-HRP)	陽性	31	2
	陰性	4	13

陽性一致率：88.6% (31/35)
陰性一致率：86.7% (13/15)
全体一致率：88.0% (44/50)

(n=50)